

MIKROBIOLOĢIJA - testēšanas metožu saraksts

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktivi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējā kvalitātes kontrole	Labora torija
UZURPL, UZMIKP, ABSMU	5	Urogenitāla mikopl. un ureapl.	Iztriepe, urīns, sperma	Materiāla uzsēšana	MYCOPLAZMA DUO MYCOPLASMA IST2		MYCOPLAZMA DUO (Bio-Rad), MYCOPLASMA IST2 (bioMerieux)				Katru reizi kontrole a/b jūtībai	Nacionālā mikrobioloģijas references Laboratorija (LIC) 17.03.2016 31.03.2017	MIK
ROTA ADENO*	4	Rota un Adenovīrusu ātrais noteikšanas tests fēcēs	Fēces	Membrānu hromotogrāfija	Imūnķīmiska metode		VIKIA ROTA-ADENO KIT (Bio Merieux)				Katru reizi ražotāja kontroles	Labquality - Somija (2 reizes gadā) 21.03.2017 18.09.2017 13.03.2018 09.2018	B366
ASSTER/	8	Asins kultūru mikrobioloģiskā izmeklēšana	Asinis	Kolorimetriskā CO2sensors metode, automatizēta metode	Mikroorganismu bioķīmiskās un morfoloģiskās īpašības	Bact ALERT, VITEK2 COM. (bioMerieux) , CRYSTAL GP (BD)	TSA + 5% as.,CNA(BD), MCA, MSA,. Pēc vajadz.: Ox, Staph., Pastorex,Indol testi (Bio-Rad), kat.tests(RFF), Grama kr.,Opto,BHI,CO2,si st., anaerob. sistem (BioMerieux), PYR, Cattarh.testi(Remel), COS, K-V, Cand.ag.(BD), biok.(BIOR), SA, Šok+Bac.ag(Bio-Rad)	Bact ALERT Reflectance Standard A Reflectance Standard B bioMerieux		ATCC 19615 Str.pyogenes ,ATCC 8176 Mor.catarrhalis, ATCC 25923 St.aureus, ATCC 6305 Str.pneumoniae,ATCC 12228 St.epidermidis, ATCC 10211 H.influenzae, ATCC 29247 H.influenzae, ATCC 27853 Pseud. aeruginosa, ATCC 25922 E.coli, ATCC 29212 E.faecalis, ATCC 25205 B.fragilis. CHRISOPF Technologies A Division of Remel	Reaģenti, Bact ALERT pudeles katru jaunu sēriju, barotnes 1x2 ned., Gamma kr. 1Xned., PP starp darbiniekiem 2-4 x gadā.	Labquality – Somija 16.03.2016 26.04.16(gr.st) 19.10.2016 07.03.2017 07.04.2017 (gr.st) 03.10.2017 06.03.2018 (UKNEQAS/EARSS) 12.10.2017 EEQ – Beļģija 15.01.2016 23.04.2016 06.10.2016 18.01.2017 24.04.2017 19.01.2018	MIK

E. Gulbja Laboratorija

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējā kvalitātes kontrole	Laboratorija
ASSTERT	8	Asins kultūru mikrobioloģiskā izmeklēšana	Asinis	Kolorimetriskā CO2 sensora metode, automatizēta metode	Mikroorganismu bioķīmiskās un morfoloģiskās īpašības	Bact ALERT, VITEK2 COM. (bioMerieux), CRYSTAL GP (BD)	TSA + 5% as., CNA(BD), MCA, MSA,. Pēc vajadz.: Ox, Staph., Pastorex, Indol testi (Bio-Rad), kat. tests(RFF), Grama kr., Opto, BHI, CO2, sistēm (BioMerieux), PYR, Cattarh. testi (Remel), COS, K-V, Cand. ag. (BD), biok. (BIOR), SA, Šok + Bac. ag. (Bio-Rad)	Bact ALERT Reflectance Standard A Reflectance Standard B bioMerieux		ATCC 19615 Str. pyogenes, ATCC 8176 Mor. catarrhalis, ATCC 25923 St. aureus, ATCC 6305 Str. pneumoniae, ATCC 12228 St. epidermidis, ATCC 10211 H. influenzae, ATCC 29247 H. influenzae, ATCC 27853 Pseud. aeruginosa, ATCC 25922 E. coli, ATCC 29212 E. faecalis, ATCC 25205 B. fragilis. CHRISOPF Technologies A Division of Remel	Reāģenti, Bact ALERT pudeles katru jaunu sēriju, barotnes 1x2 ned., Gramma kr. 1X ned., PP starp darbiniekiem 2-4 x gadā.	Labquality – Somija 16.03.2016 26.04.16 (gr.st) 19.10.2016 07.03.2017 07.04.2017 (gr.st) 03.10.2017 06.03.2018 (UKNEQAS/EARSS) 12.10.2017 EEQ – Beļģija 15.01.2016 23.04.2016 06.10.2016 18.01.2017 24.04.2017 19.01.2018	MIK
CAMPY*	2	Campylobacter noteikšana	Fēces	Materiāla uzsēšana	Mikroorganismu morfoloģiskās īpašības	VITEK2 COMPACT (bioMerieux)	Campylobacter blood-free agars (mCCDA) (BIOR), GEN bag microaer (bioMerieux). Pēc vajadz.: Ox (Bio-Rad), kat. tests (RFF), Grama kr. (bioMerieux)			ATCC 1153 Campylobacter jejuni spp. jejuni, ATCC 25922 Escherichia coli	Barotnes 1x2 ned., Gramma kr. 1x ned., PP starp darbiniekiem 4 x gadā.	Labquality – Somija, EEQ-Belģija 23.04.2016 Nacionālā mikrobioloģiskā referencs laboratorija 03.2016-3 23.01.2017-1	MIK

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējā kvalitātes kontrole	Laboratorija
CGS*	2	Candida ģints sēņu mikrob. Izmeklēšana	Bioloģiskais materiāls	Materiāla uzsēšana	Mikroorganismu bioķīmiskās un morfoloģiskās īpašības	VITEK2 COMPACT (bioMerieux)	TSA + 5% as., CNA, Chrom ag Candida(BD) . Pēc vajadz.: Grama kr..			ATCC 10231 Cand.albicans, ATCC 2512 Cand.kefyr, ATCC 64677 Cand. Glabrata, ATCC 25922 E.coli CHRISOPF Technologies A Division of Remel	Barotnes 1x2 ned., Gramma kr. 1xned., PP starp darbiniekiem 4 x gadā.	Labquality – Somija 11.03.2015, EEQ-Belģija 09.10.2015	MIK
CLOSTR*	2	Clostr. Difficile toksīna A+B noteišana	Fēces	Imūnhromatografijas tests	Imūnķīmiska metode		Clostridium difficile toxina A+B card				Katru reizi ražotāja kontroles	Labquality 16.03.2015 10.11.2015 02.09.2016 24.02.2017 29.08.2017 23.02.2018	MIK
ECOLI	8	Diareju izraisīošo E.coli 0157 mikrobioloģiskā diagnostika		Materiāla uzsēšana	Mikroorganismu bioķīmiskās un morfoloģiskās īpašības	VITEK2 COMPACT (bioMerieux)	XLD, MCA, MCA+Sorb. (BIOR) vai Chromag0157(BD). Pēc vajadz.: bioķ. (BIOR),TSA+5%as. (BD),Latex tests(Oxoid), E.coli Ok Pool poliv.serums(Staten s serum institut)			E.coli ATCC 25922, E.coli 0157 M/6410 CHRISOPF Technologies A Division of Remel	Reāģenti katru jaunu sēriju, barotnes 1x2 ned.	Nacionālā mikrobiol.reference s laboratorija 03.02.2015	MIK
Gaiss*	2	Gaisa bakterioloģiskā izmeklēšana	Gaiss	Materiāla uzsēšana	Mikroorganismu morfoloģiskās īpašības		CNA + 5% as.(BD), MSA, M-H (BIOR). Pēc vajadz.: Staph., SA, MRSA (Bio-Rad), kat.tests(RFF), Grama kr. (BioMerieux)			ATCC 25923 St. aureus, ATCC 12228 St. epidermidis CHRISOPF Technologies A Division of Remel	Barotnes 1x2 ned., Gramma kr. 1xned., PP starp darbiniekiem 4 x gadā.		MIK

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējā kvalitātes kontrole	Laboratorija
JERS	3	Yersinia antivielas	Serums	Titrešanas metode			KIT YERSINIA (Bio-RAD)				Katru reizi ražot. pozitīva kontrole	Labquality – Somija 23.02.2017 21.09.2017, INSTAND Vācija	MIK
MIKKUU	6	Dažādu materiālu uzņēmums	Iztriepe no auss	Materiāla uzņēmšana	Mikroorganismu bioķīmiskās un morfoloģiskās īpašības	VITEK2 COMPACT, CRYSTAL GP	TSA + 5% as.(BD), MCA, MSA (BIOR), \square ok+Bac.ag.. Pēc vajadz.: Ox, Staph.,Pastorex, Indol testi (Bio-Rad),biok.(BIOR), kat.tests (RFF),Grama kr.,Opto,CO2 sist.(BioMerieux), PYR, Cattarh.testi(Remel), Cand.ag.(BD), SA (Bio-Rad)			ATCC 19615 Str.pyogenes ,ATCC 8176 Mor.catarrhalis, ATCC 25923 St.aureus, ATCC6305 Str.pneumoniae, ATCC 10211 H.influenzae, ATCC 29247 H.influenzae, ATCC 27853 Pseud. aeruginosa,A TCC 29212 E.faecalis, ATCC 25922 E.coli CHRISOPF Technologies A Division of Remel	Reāģenti katru jaunu sēriju,barotnes 1x2 ned., Gramma kr. 1Xned., PP starp darbiniekiem 2-4 x gadā.	Labquality- Somija 03.03.2017, EEQ-Belģija	MIK

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējā kvalitātes kontrole	Laboratorija
MIKKUU	7	Daž.materiālu uzņēmums	Iztriepe, aspirāts, punkts, audi	Materiāla uzskaita	Mikroorganismu bioķīmiskās un morfoloģiskās īpašības	VITEK2 COMPACT (bioMerieux) CRYSTAL GP (BG)	TSA + 5% as.,CNA (BD), MCA, MSA.(BIOR). Pēc vajadz.: Ox,Staph.,Pastorex, Indol testi (Bio-Rad),biok(BIOR) kat.tests(RFF),Gramma kr.,Opto,BHI,CO2sist.(BioMerieux),PYR, Cattarh.testi(Remel), COS,K-V, Cand.ag.(BD), anaerob.sistem.(BioMerieux), SA, Šok+Bac.ag(Bio-Rad)			ATCC 19615 Str.pyogenes,ATCC 8176 Mor.catarrhalis, ATCC 25923 St.aureus, ATCC 6305 Str.pneumoniae,ATCC 12228 St.epidermidis,ATCC 10211 H.influenzae, ATCC 29247 H.influenzae, ATCC 27853 Pseud.aeruginosa,ATCC 25922 E.coli,ATCC 29212 E.faecalis, ATCC 25205 B.fragilis.CH RISOPF Technologies A Division of Remel	Reāģenti katru jaunu sēriju,barotnes 1x2 ned., Gramma kr. 1Xned., PP starp darbiniekiem 2-4 x gadā.	Labquality – Somija 09.06.2016 03.03.2017 14.03.2018 EEQ-Belģija 06.10.2016 18.01.2017 24.04.2017 19.01.2018	MIK

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējā kvalitātes kontrole	Laboratorija
MIKKUU	5	Daž.materiālu uzņēmums	Iztriepe no acs	Materiāla uzsēšana	Mikroorganismu biokīmiskās un morfoloģiskās īpašības	VITEK2 COMPACT (bioMerieux) CRYSTAL GP (BD)	TSA + 5% as.,(BD), MSA, (BIOR), Sok+Bac.ag (Bio-Rad), BHI, CO2sist.(BioMerieux). Pēc vajadz.: biok.(BIOR), Ox, Staph., Pastorex, Indol testi (Bio-Rad), kat.tests(RFF), Grama kr., Opto,(BioMerieux), PYR, Cattarh.testi(Remel), Cand.ag.(BD), SA (Bio-Rad)			ATCC 19615 Str.pyogenes, ATCC 8176 Mor.catarrhalis, ATCC 25923 St.aureus, ATCC6305 Str.pneumoniae, ATCC 12228 St.epidermidis, ATCC 10211 H.influenzae, ATCC 29247 H.influenzae, ATCC 27853 Pseud.aeruginosa, ATCC 25922 E.coli, ATCC 29212 E.faecalis.CH RISOPF Technologies A Division of Remel	Reāģenti katru jaunu sēriju, barotnes 1x2 ned., Gramma kr. 1Xned., PP starp darbiniekiem 2-4 x gadā.	Labquality – Somija 14.03.2018 EEQ-Belģija 02.06.2015	MIK
NOSKAL*	2	Medic. instrumentu, sterilo materiālu mikrob. izmeklēšana	Medicīnas instrumenti, ster.materiāls	Materiāla uzsēšana	Mikroorganismu morfoloģiskās īpašības		BHI, 0,85% NaCl (BioMerieux), Tioglikolskābes bul., Saburo bul., (BD),. Pēc vajadz.: Grama kr.(BioMerieux)			ATCC 29213 St. aureus, ATCC 13124 Clostridium perfringens, ATCC 10231 Cand.albicans CHRISOPF Technologies A Division of Remel	Barotnes 1x2 ned., Gramma kr. 1xned., PP starp darbiniekiem 4 x gadā.		MIK

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējā kvalitātes kontrole	Laboratorija
PATMI PATMIF	7	Patogēnā zarnu mikroflora	Fēces	Materiāla uzsēšana	Mikroorganismu bioķīmiskās un morfoloģiskās īpašības	VITEK2 COMPACT (bioMerieux)	XLD, MCA, MSA (BIOR), Selen.b. (Bio-Rad). Pēc vajadz.: CIN (Bio-Rad), bioķ. (BIOR), TSA+5%as. (BD), aglut.serumi (Bio-Rad)			ATCC 27853 Pseud. Aeruginosa, ATCC 25922 Escherichia coli, ATCC 9610 Yers. Enterocolotica, ATCC 14028 S.typhimurium, ATCC 12022 Sh.flexneri, ATCC 25931 Sh. Sonnei CHRISOPF Technologies A Division of Remel	Reāgenti katru jaunu sēriju, barotnes 1x2 ned.	Labquality - Somija 12.04.2016 07.04.2017 EEQ-Belģija 23.04.2016 06.10.2016 03.04.2018 Nacoonālā mikrobiol.referen. lab-ja 01.01.2017 2018 g.Salmonella - 104; Yersinia - 2	B366
PATMI PATMIF	7	Patogēnā zarnu mikroflora	Fēces	Materiāla uzsēšana	Mikroorganismu bioķīmiskās un morfoloģiskās īpašības	VITEK2 COMPACT (bioMerieux)	XLD, MCA, MSA (BIOR), Selen.b. (Bio-Rad). Pēc vajadz.: CIN (Bio-Rad), bioķ. (BIOR), TSA+5%as. (BD), aglut.serumi (Bio-Rad)			ATCC 27853 Pseud. Aeruginosa, ATCC 25922 Escherichia coli, ATCC 9610 Yers. Enterocolotica, ATCC 14028 S.typhimurium, ATCC 12022 Sh.flexneri, ATCC 25931 Sh. Sonnei CHRISOPF Technologies A Division of Remel	Reāgenti katru jaunu sēriju, barotnes 1x2 ned.	Labquality - Somija 12.04.2016 07.04.2017 EEQ-Belģija 23.04.2016 06.10.2016 03.04.2018 Nacoonālā mikrobiol.referen. lab-ja 01.01.2017 2018 g.Salmonella - 104; Yersinia - 2	B366

E. Gulbja Laboratorija

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktivi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējā kvalitātes kontrole	Laboratorija
ROTA ADENO*	4	Rota un Adenovīrusu ātrais noteikšanas tests fēcēs	Fēces	Membrānu hromatogrāfija	Imūnkīmiska metode		VIKIA ROTA-ADENO KIT (Bio Merieux)				Katru reizi ražotāja kontroles	Labquality - Somija (2 reizes gadā) 21.03.2017 18.09.2017 13.03.2018 09.2018	B366
SPEUZ*	2	Spermas mikroflora	Sperma	Materiāla uzsēšana	Mikroorganismu bioķīmiskās un morfoloģiskās īpašības	VITEK2 COMPACT (bioMerieux)	Chromag Orient., TSA + 5% as.(BD), MCA, (BIOR),. Pēc vajadz.: Ox, Staph.,Pastorex,Indol testi (Bio-Rad), biok. (BIOR), kat.tests(RFF), Grama kr. (bioMerieux), PYR (Remel), Cand.ag.(BD),SA(Bio-Rad)			ATCC 27853 Pseud.aeruginosa, ATCC 25922 Escherichia coli, ATCC 25923 St.aureus, ATCC 29212 Enter.faecalis, ATCC 700323 Enterobacter cloacae, ATCC 4307 Proteus mirabilis, ATCC 12386 Strep.agalactiae CHRISOPF Technologies A Division of Remel	Reāģenti katru jaunu sēriju,barotnes 1x2 ned., Gramma kr. 1Xned., PP starp darbiniekiem 2-4 x gadā.	Nacionālā mikrobioloģijas references Laboratorija (LIC) 27.02.2018 EEQ-Belģija	MIK
STAFIL	7	Stafilokoku un mikrokoku ģints baktēriju identifikācija	Iztriepe vai cits izmekl.mat.	Materiāla uzsēšana	Mikroorganismu morfoloģiskās īpašības	VITEK2 COMPACT (bioMerieux)	CNA + 5% as.(BD), MSA (BIOR). Pēc vajadz.:Staph., SA, MRSA (Bio-Rad), kat.tests(RFF), Grama kr. (BioMerieux)			ATCC 25923 St.aureus, ATCC 12228 St.epidermidis, ATCC 43310 MRSA CHRISOPF Technologies A Division of Remel	Reāģenti katru jaunu sēriju,barotnes 1x2 nRd., Gramma kr. 1Xned., PP starp darbiniekiem 2-4 x gadā.	Labquality – Somija 21.02.2017(MRSA) 03.03.2017 27.02.2018 (MRSA) EEQ-Belģija 18.01.2017	MIK
STREP A*	2	A grupas streptokoku antigēna noteikšana	Iztriepe	Imūnhromatogrāfija			Strep A Cypress Diagnostics				Katru reizi ražotāja kontroles	Labquality - Somija 03.03.2016 08.03.2017 05.03.2018	MIK

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējā kvalitātes kontrole	Laboratorija
STREPT	5	Streptococcus ģints baktēriju identifikācija	Iztriepe vai cits izmekl.mat.	Materiāla uzsēšana	Mikroorganismu morfoloģiskās īpašības	VITEK2 COMPACT (bioMerieux)	CNA + 5% as.(BD). Pēc vajadz.: Pastorex (Bio-Rad), kat.tests (RFF),Grama kr., Opto, STRB (BioMerieux),			ATCC 19615 Str.pyogenes, ATCC 19615 Str.agalactiae, ATCC 6305 Str. pneumoniae CHRISOPF Technologies A Division of Remel	Reaģenti katru jaunu sēriju, barotnes 1x2 ned., Gramma kr. 1Xned., PP starp darbiniekiem 2-4 x gadā.	Labquality – Somija 25.03.15 02.09.2015 05.07.2016 02.09.2016 03.03.2017 28.03.2017 07.11.2017 27.02.2018 03.04.2018 EEQ – Belģija 06.10.2016 18.01.2017	MIK
UZMIKKU*	2	Krēpu mikrobioloģiskā izmeklēšana*	Krēpas, pleiras punktāts, bronhoskopijas materiāls	Materiāla uzsēšana	Mikroorganismu bioķīmiskās un morfoloģiskās īpašības	VITEK2 COMPACT (bioMerieux)	TSA + 5% as.,CNA (BD), MCA, MSA.(BIOR), Šok.+Bac.ag.(Bio-Rad), PVX,CO2 sist.(bioMerieux). Pēc vajadz.: Ox,Staph.,Pastorex, Indol testi (Bio-Rad),bioķ(BIOR) kat.tests(RFF),Grama kr.,Opto,(BioMerieux), PYR, Cattarh.testi(Remel), Cand.ag.(BD), SA (Bio-Rad)			ATCC 19615 Str.pyogenes, ATCC 25923 St.aureus, ATCC 10211 H.influenzae, ATCC 12228 St.epidermidis, ATCC 6305 Str. pneumoniae, ATCC 27853 Pseudomonas aeruginosa CHRISOPF Technologies A Division of Remel	Reaģenti katru jaunu sēriju, barotnes 1x2 ned., Gramma kr. 1xned., PP starp darbiniekiem 4 x gadā.	Labquality – Somija 23.04.2015 EEQ – Belģija 18.01.2017 24.04.2017 19.01.2018	MIK
UZURPL, UZMIKP, ABSMU	5	Urogenitāla mikopl. un ureapl.	Iztriepe, urīns, sperma	Materiāla uzsēšana	MYCOPLAZMA DUO MYCOPLASMA IST2		MYCOPLAZMA DUO (Bio-Rad), MYCOPLASMA IST2 (bioMerieux)				Katru reizi kontrole a/b jutībai	Nacionālā mikrobioloģijas references Laboratorija (LIC) 24.04.2015 17.03.2016 31.03.2017	MIK

E. Gulbja Laboratorija

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējā kvalitātes kontrole	Laboratorija
UZMIKU	8	Urīna mikroflora	Urīns	Materiāla uzsēšana	Mikroorganismu bioķīmiskās un morfoloģiskās īpašības	VITEK2 COMPACT (bioMerieux)	Chromag Orient., TSA + 5% as.(BD), MCA, (BIOR), . Pēc vajadz.: Ox, Staph.,Pastorex,Indol testi (Bio-Rad),bioķ.(BIOR), kat.tests(RFF),Gramma kr.,PYR (Remel), Cand.ag.(BD),SA(Bio-Rad).			ATCC 27853 Pseud.aeruginosa, ATCC 25922 Escherichia coli, ATCC 25923 St. aureus, ATCC 29212 Enter. faecalis, ATCC 700323 Enterobacter cloacae, ATCC 43071 Proteus mirabilis, ATCC 12386 Strep. agalactiae CHRISOPF Technologies A Division of Remel	Reāģenti katru jaunu sēriju, barotnes 1x2 ned., Gramma kr. 1Xned., PP starp darbiniekiem 2-4 x gadā.	Labquality - Somija 11.03.2015 16.03.2016 10.03.2017 08.09.2017 06.03.2018 EEQ-Belģija 23.04.2015	MIK
UZURPL, UZMIKP, ABSMU	5	Urogenitāla mikopl. un ureapl.	Iztriepe, urīns, sperma	Materiāla uzsēšana	MYCOPLAZMA DUO MYCOPLASMA IST2		MYCOPLAZMA DUO (Bio-Rad), MYCOPLASMA IST2 (bioMerieux)				Katru reizi kontrole a/b jūtībai	Nacionālā mikrobioloģijas references Laboratorija (LIC) 24.04.2015 17.03.2016 31.03.2017	MIK

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktivi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējā kvalitātes kontrole	Laboratorija
MIKKUU*	2	Ģenitālā trakta patogēnās mikrofloras mikrobioloģiskā izmeklēšana	Iztriepe (maksts, vag., cervix utt.), dzem. dob. aspirāts	Materiāla uzsēšana	Mikroorganismu bioķīmiskās un morfoloģiskās īpašības	VITEK2 COMPACT (bioMerieux)	Chromag Orient., TSA + 5% as.(BD),. Pēc vajadz.: Ox, Staph.,Pastorex,Indol testi (Bio-Rad),bioķ.(BIOR), kat.tests(RFF),Gramma kr.,PYR (Remel), Cand.ag.,COS ag., K-V (BD), SA(Bio-Rad), STRB ag., anaerob.sistem.(Bio Merieux)			ATCC 25923 St. aureus, ATCC 19615 Str.pyogenes , ATCC 12386 Strep.agalactiae, ATCCBAA-751, Listeria monocytogenes, ATCC 25205, Bacteroides fragilis, ATCC 10231 Cand.albicans CHRISOPF Technologies A Division of Remel	Barotnes 1x2 ned., Gramma kr. 1xned., PP starp darbiniekiem 4 x gadā.	Labquality – Somija 25.03.2015, EEQ-Belģija 15.01.2016	MIK
VRE*	2	Enterococcus baktēriju identifikācija	Bioloģiskais materiāls	Materiāla uzsēšana	Mikroorganismu morfoloģiskās īpašības	VITEK2 COMPACT (bioMerieux)	TSA + 5% as., CNA, Chromagar orientation (BD) . Pēc vajadz.: Grama kr. (Bio Merieux), PYR test (Remel), Pastorex, BEA ag. (Bio-Rad), kat.tests(RFF).			ATCC 51299 Enter. faecalis, ATCC 29212 Enter. faecalis, ATCC 12386 Strep.agalactiae, ATCC 700327 Enter. casseliflavus CHRISOPF Technologies A Division of Remel	Barotnes 1x2 ned., Gramma kr. 1xned., PP starp darbiniekiem 4 x gadā.	Labquality - Somija	MIK